

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 25Abr14 NUMERO: 2014NE800146 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
 CNPJ : 04822500/0001-60 FONE: (019) 3746-6000
 ENDERECO : RODOVIA DOM PEDRO I KM 143,6
 MUNICIPIO : 6291 - CAMPINAS UF: SP CEP: 13082-120

CREDOR : 03290250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
 ENDERECO : DR. MARCOS PENTEADO DE 939 ANDAR 6 TAMBORE
 MUNICIPIO : 6213 - BARUERI UF: SP CEP: 06460-040

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA COM CALIBRACAO DE MULTIMETRO DIGITAL PROC ORIGEM: 2014DI00038

CLASS : 1 24101 19572202120UL0001 064519 0100000000 339039 240129 20UL0001001
 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO
 AMPARO: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: 01241000078201468
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 4.450,88
 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 25Abr14 NUMERO: 2014NE800146 PROCESSO: 01241000078201468
EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
CREDOR : 03290250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 17 -MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4.450,88
VALOR DO SEQ. : 4.450,88

AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS / INSTRUMENTOS
/ SENSORES / PADROES 000014427

Contratação de serviço de Calibração de Multímetro Digital 3458A. O serviço de calibração deverá ser realizado conforme certificado de calibração 1-35684309 03-1 de 10/04/2012. Junto ao serviço ora pretendido, será encaminhado um certificado de calibração contendo as seguintes informações: 1. Identificação do Equipamento, 1.1. Descrição, 1.2. Modelo, 1.3. Fabricante, 1.4. N° de série, 1.5. Patrimônio, 2. Descrição do procedimento de calibração utilizado, 3. Lista dos padrões utilizados na calibração, 3.1. Descrição do padrão, 3.2. Modelo, 3.3. N° de série, 3.4. Certificado de calibração 3.5. Origem, 3.6. Validade, 4. Condições Ambientais, 4.1. Temperatura, 4.2. Umidade, 5. Data de execução da calibração, 6. Nome e assinatura, 6.1. Técnico executor, 6.2. Responsável pelo laboratório 7. Resultados (devem estar descritas as seguintes informações), 7.1. Faixa calibrada, 7.2. Valor verdadeiro convencional (V.V.C), 7.3. Valor indicado (V.I), 7.4. Erro de indicação do item sob calibração 7.5. Incerteza especificada pelo fabricante (limites de erros admissíveis do item sob calibração)

T O T A L : 4.450,88

ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO